

## 製品検査報告書

製品名：金メッキモニター水晶		仕様書：6MHZ	数量：10000ピース	ランダム検査の数：完全検査	生産日：2019.08ヶ月
シリアル 番号	検査プロジェクト	検査要件	判定結果		備考
			合格	不合格	
1	物理的特性	センサー材料： $\alpha$ 石英	✓		
		カット角度：35度15分（AT）	✓		
		輪郭：3ディオプターの平らな凸	✓		
		表面粗さ：<10ミクロン	✓		
		直径：13.95±0.05mm	✓		
		電極：金	✓		
2	電気的特性	共振周波数：5.980-5.995 MHz	✓		
		Q 値：240万以上	✓		
		共振インピーダンス：< 15Ω	✓		
		接触抵抗：< 15Ω	✓		
3	外観	黒点/汚れ：D≤0.15mm, N≤2 且 DS≥10mm	✓		N-数（個） D-直径（mm） L-長さ（mm） W-幅（mm） DS-距離（mm）
		細かい傷：L≤2mm, W≤0.05mm, N≤1	✓		
		バブル/孔食/水のパターン：許可されていません	✓		
		硬化/ダメージ：許可されていません	✓		
		コーティングの脱落/漏れめつき：許可されていません	✓		
4	その他のアイテム	実際の特定の要件に基づいて			
検査結果： <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 譲歩接收 <input type="checkbox"/> 不合格                 日付：					